

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa igłoprobówek

### I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa igłoprobówek** do pobierania krwi dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Towar musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Każde opakowanie oferowanego produktu musi być oznaczone terminem ważności do użytku oraz numerem serii.

### II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

#### Część nr 1 – igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żyłnej od trzody chlewnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			
Lp	Nazwa	j.m.	ilość
1	igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żyłnej od trzody chlewnej o parametrach techniczno-użytkowych 1) pojemność 10 ml 2) długość igłoprobówki 9,5-10,5 cm, średnica 16 mm 3) kapturek z zakrętką 4) igła o śr. 2,0 mm długość 130 mm z osłonką 5) sterylizowane wstępnie promieniami UV w atmosferze ozonu, 6) zabezpieczone wewnątrz specjalnym preparatem zapobiegającym hemolizie krwi, 7) probówka zaopatrzona w samoprzylepną naklejkę do opisu próby, 8) pakowane w kartony po 50 sztuk ze stelażem ułatwiającym transport probówek w pozycji pionowej 9) igłoprobówki zaopatrzone dodatkowo korek z gwintem pozwalający na szczelne zamknięcie probówki z krwią do transportu	szt.	200.000
<u>Wymóg:</u> 1. Igłoprobówki muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego(PIWet-PIB) w Puławach. Produkt musi znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi GLW (dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy dostarczyć wraz z ofertą)			
<u>Warunki dostawy:</u> 1. Terminy ważności <b>minimum 24 miesięcy od daty dostawy</b> 2. Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia <u>comiesięcznie począwszy od lipca 2022</u>			

#### Część nr 2 – igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żyłnej od bydła

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			
Lp	Nazwa	j.m.	ILOŚĆ
1	igłoprobówki jednorazowe do pobierania krwi żyłnej od bydła o parametrach techniczno-użytkowych 1) pojemność 10 ml 2) długość igłoprobówki 9,5-10,5 cm, 3) kapturek z zakrętką	szt.	1.000

	4) igła o śr. 2,0 mm długość 45 mm z osłonką zatrzaskową 5) sterylizowane wstępnie promieniami UV w atmosferze ozonu, 6) zabezpieczone wewnątrz specjalnym preparatem zapobiegającym hemolizie krwi, 7) próbówka zaopatrzona w samoprzylepną etykietę do opisu próby, 8) pakowane w kartony po 50 sztuk ze stelażem ułatwiającym transport probówek w pozycji pionowej		
--	--	--	--

Wymóg:

1. Igłoprobówki muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach. Produkt musi znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi GLW (dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy dostarczyć wraz z ofertą)

Warunki dostawy:

1. Terminy ważności **minimum 24 miesięcy od daty dostawy**
2. Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w jednej dostawie